


GUANTES OTA DE LATEX PARA EXAMEN CON POLVO (LISO)



SECCION I: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.1. Tipo:	Guante de látex para examen, con polvo, no estéril
1.2. Material:	Látex de caucho natural de grado alto
1.3. Color:	Natural
1.4. Diseño y características:	Ampliástico, liso, puño reforzado
1.5. Polvo:	En el interior, maicena absorbible USPXX1
1.6. Condiciones de almacenamiento:	Los guantes mantienen sus propiedades cuando se almacenan en condiciones secas. Evite la luz directa del sol.
1.7. Vida útil:	Los guantes tienen una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación con las condiciones de almacenamiento anteriores.
1.8. Embalaje:	100 unids de guantes x 10 dispensadores x 1 caja master
1.9. Marcación de la talla:	La talla de los guantes se marca en la casilla de cada caja con tinta negra.

	13	13 ± 3
		Dedo: 0.11 ± 0.02 (Valor típico: 0.08 - 0.11)
Espesor (mm) * pared simple	Todas las fallas	Palma: 0.10 ± 0.02 (Valor típico: 0.08 - 0.10)

3.2. Propiedades Físicas

Descripción	Especificaciones	
	Antes de empaquetamiento	Después de desempaquetamiento
Deformación a la ruptura (%)	Mín: 550 (Valor típico: 550 - 750)	Mín: 500 (Valor típico: 500 - 700)
Resistencia a la tracción (MPa)	Mín: 18 (Valor típico: 18 - 22)	Mín: 14 (Valor típico: 14 - 18)

3.3. Ausencia de agujeros

El tamaño de muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño.

3.4. Defectos visuales

El tamaño de muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras para defectos mayores y menores se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño.

3.5. Defectos de empaque

El tamaño de muestra y el número permisible de no conforme en las muestras para defectos regulatorios, visuales y críticos del empaque se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño (Corte de guantes = 100 unidades por peso por dispensador).

3.6 cantidad de polvo

IMPLAR SAS

CLL8 # 43 A 28
TEL: 3043773331

REMISION

REMISION N°	: C319874	CONTRATO	: 590-2020
Fecha de envío esperada	: 22 feb 2021	NIT	: 900066345
		NOMBRE DE CONTACTO	: MARIA PATRICIA FIGUERO DO MACIAS
		DIRECCION	: KR 5 #5 59
		DEPARTAMENTO	: SANTANDER
		MUNICIPIO	: PIEDECUESTA
		CONTACTO	: 3016538430

ENVIAR A

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

#	Artículo & Descripción	Cant.
1	GUANTES NO ESTERILES	50.00



POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

IMPORTANTE: FAVOR VERIFICAR CONTENIDO, RECUERDE QUE TRANSCURRIDOS 5 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA NO SE ACEPTAN RECLAMOS
ENTREGA RECIBIDA POR:

NOMBRE COMPLETO	C.C		
FIRMA			
CARGO		TELÉFONO	
FECHA RECIBIDO:			HORA RECIBIDO:
OBSERVACIONES:			
Si hubo cambio de direccion de entrega diligencie:	Direccion Modificada		
	Nombre de quien autoriza el cambio		
ENVIO POR TRANSPORTADORA	GUIA N°	Empresa:	
Otras observaciones:			